

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Název subjektu: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Název objektu: Laboratoř molekulární genetiky, Oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie (OKBMI)
Číslo akreditovaného objektu: 8314
Osvědčení o akreditaci č.: 290/2025
Oblast akreditace: Zdravotnická laboratoř – ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023
Aktualizováno dne: 13. 6. 2025

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti ¹
816 - Laboratoř lékařské genetiky					
1.	Vyšetření variant germinálního genomu	PCR s reverzní hybridizací	SOPVG-003, ver. 5; SOPVG-002, ver. 2; EUROArrayScanner	Krev	A, B, C, D
2.	Vyšetření variant germinálního genomu	Real-Time PCR	SOPVG-001, ver. 3; RotorGene Q	Krev	A, B, C, D

Upřesnění rozsahu akreditace:

Odbornost / poř. číslo	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace
816/1	Celiakie (lokusy DQA1, DQB1, serologické ekvivalenty DQ2.2, DQ2.5, DQ8) HLA-B*27
816/2	Faktor V Leiden (G1691A), FV Leiden (c.1601G>A) Faktor II Prothrombin (G20210A), FII G20210A (c.*97G>A)

Vysvětlivky:

¹ Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-...:

A – Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Použité zkratky:

HLA human leukocyte antigens

PCR polymerázová řetězová reakce

Real-Time PCR polymerázová řetězová reakce v reálném čase